

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI ELEKTRONİK KALİBRASYON LABORATUVARI İMÂN VE KABİLİYETLERİ	KALİBRASYON KONUSU/SAHASI	KULLANILAN KALİBRATÖR	ÇALIŞMA SAHASI/ ÖLÇME ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
	AC GERİLİM	5522A-9100 WAVETEK	0 V (10Hz-100KHz) 1050 V (40Hz-20KHz)	1 µV~10 mV
	DC GERİLİM	5522A-9100 WAVETEK	0 V µv ±1050 V	0.1 µV~1000 µV
	AC AKIM	5522A-9100 WAVETEK	29 µA (10Hz-500KHz) 20.5 A (10Hz-500KHz)	0.01 µA~100 µA
	DC AKIM	5522A-9100 WAVETEK	0 A ±20.5 A	1 nA~100 µA
	RESISTANCE	1433N-1433B-1433T-1433M-HRRS5KV-HARS-X1- 9100 WAVETEK	0.0001 Ω 1 TΩ	0.0001 Ω~10000 Ω
	KAPASİTANS	5522A-1404A-SS32-9100 WAVETEK	0.1 nF 110 mF	0.1 pF~10 µF
	FREKANS	5522A-9100 WAVETEK	0.1 Hz 2 MHz	0.01 Hz~1 KHz

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI MEKANİK KALİBRASYON LABORATUVARI İMKÂN VE KABİLİYETLERİ	KALİBRASYON KONUSU/SAHASI	KULLANILAN KALİBRATÖR	ÇALIŞMA SAHASI/ ÖLÇME ARALIĞI	ÇÖZÜNÜRLÜK
	BASINÇ KALİBRASYONU	PC6, DPI 615, MODEL 3540, MODEL 3689A, MODEL 3666	0-700 Bar	0.001 PSI
	VAKUM KALİBRASYONU	MENSOR 760 inHg	0-30 inchg vac	0.05 inhg vac.
	SICAKLIK KALİBRASYONU	EZECAL, MODEL 3605, FLUKE 9150	-40/650 °C	0,1 °F
	TAKOMETRE KALİBRASYONU	N11 ECS-3A	40.000 RPM	1 RPM
	KOMPARATÖR KALİBRASYONU	SERİES 170	0-25 MM	1 µm
	KUMPAS, MİKROMETRE KAL.	BLOK MASTER SETLER	1650 MM	0,01 µm
	TERAZİ/KANTAR KALİBRASYONU	AĞIRLIK SET 500gr, 1000 gr, 10000 gr, 20000 gr	2120 Kg	0.025 OZ
	TORKMETRE KALİBRASYONU	RAHSOL 4000, STAHWILLE	4000 nM	0,01 Nm
	BAROMETRE KALİBRASYONU	MODEL 3689A	1070 mbar	0.001 PSI
PATLAYICI GAZ DEDEKTÖR KAL.	AZOT, SÜLFÜR, NİTROJEN GAZ	GN ve GN II	---	