

İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI KALİTE GÜVENÇE VE TECRÜBE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE GÜVENÇE BAŞ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KİMYA LABORATUVARI İMKÂN VE KABİLİYETLERİ	MEVCUT CİHAZ	MARKA/MODEL	ÖLÇÜM ARALIĞI
	OTOMATİK KİNEMATİK VİSKOZİMETRE ÖLÇÜM CİHAZI	SPECTRO-VISC	100°C ve 40°C
	SAYBOLT VİSKOZİTE ÖLÇÜM CİHAZI	STANHOPE-SETA/83201-0	0,6-3,000 cst Madeni yağların 40 derecedeki viskozite ölçümü için kullanılır
	KİNEMATİK VİSKOZİTE CİHAZI	HERZOG/ QUINTEX-VARIOMANT	0.4-2000 mm/s Madeni yağların 100 derecedeki viskozite ölçümü için kullanılır
	KARL FISCHER COULOMETRIC SU ANALİZ CİHAZI	GRSCİENTİFİC COU-LO AQUAMAX KF	1µg-100mg
	İNMOİION KF PRO OVEN AUTOSAMPLER VE KF C30SX (FİRİN SİSTEMLİ) SU ANALİZ CİHAZI	METTLER TOLEDO/ İNMOİION KF PRO ve KF C30SX	40-280°C / -2000... +2000 mV
	MANYETİK KARIŞTIRICI	İKAMAG-RCT	1/min(devir aralığı):0-100 max yük:20 kg /Su cracle testi (Var/yok) için kullanılmaktadır
	PARTICLE COUNTING (YAG PARTİKUL SAYIM CİHAZI)	HİAC 8011+	Sensöre bağılı olarak 0.5µm ile 600 µm aralığındaki partiküllerin sayımını yapar.
	pH-METRE	METTLER TOLEDO/SEVENCOMPACT DUO S213	pH ölçüm aralığı: -2/20 İletkenlik ölçüm aralığı: 0.001µS/cm-1000mS/cm
	HASSAS TERAZİ	PRECİSA XB 220A	0.01gr-220 gr
HASSAS TERAZİ	METTER TOLEDO Me224	Max.220 gr	
CİHAZ SAF SU ÜRETME	ELEKTROMAG	3 LT/saat	
TERMODENSİMETRO DIG	METTLER TOLEDO DENSİTY2GO	0.000-3.000 g/cm3	
MANTOLU İSİTİCİ (2 Adet)	ELEKTROMAG VE ELEKTROMANTLE	Yağ su karışımı yağ numunelerinin destilasyon işleminde kullanılır.	
CİHAZ SANTRİFÜJ ROTANTA	THERMO ELEKTRON CORP./HN-S11	Madeni Yağlarda oluşan tortu miktarının belirlenmesinde kullanılır.	
ETÜV (STERİLİZATÖR)	NÜVE-FN 400	Cam malzemelerin kurutulması ve sterilizasyonu için kullanılır.	