

HAVALANDIRMALI KİMYASAL DOLABI TEKNİK İSTER

1. EN 14470-1 normuna göre imal edilmeli ve 90 dakika yangına dayanımlı test sertifikasına sahip olmalıdır.
2. Dış saç kaplaması çizilmeye dayanıklı elektrostatik toz boya ile kaplanmalıdır.
3. İç gövde kimyasallara dayanıklı yüksek basınç lı laminant (HPL) ile kaplı olmalıdır.
4. Raflar ayarlanabilir ve 75 kg yük taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
5. Sürekli havalandırma için temiz hava girişi ve çıkış bacası bulunmalıdır.
6. Kapılar, kapı mekanizması 50 °C'ye yükseldiğinde havalandırma çıkışları 70 °C'de kapanmalıdır.
7. Kapı açık tutma sistemi bulunmalıdır.
8. Dolap kapıları sıcaklık 70 °C'ye ulaştığında otomatik olarak kapanmalıdır.
9. Akan sıvıların toplanabilmesi için en altta en az 20 lt kapasiteli toplama haznesi ve perfore sehpa bulunmalıdır.
10. Bozuk zeminler için 4 adet dengeleme ayağı bulunmalıdır.
11. Dolabın topraklama çıkışı bulunmalıdır.
12. Dolap ebatları 1194 (±50) mm x 618 (±20) mmx 2060 (±60) mm olmalıdır.
13. Yüklenici tüm kurulum faaliyetlerini Komutanlığımız kimya laboratuvarında ücretsiz olarak tamamlayacaktır.