





BASINÇ ODASI PERİYODİK BAKIM HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
(203-GENEL-5510-039-000-B) İHALE DOKÜMANINA ATIF YAPILAN HUSUSLAR
(Güney SAT Grup Komutanlığı)

12. Bakımı yapılmış valflerin yerlerine montajı yapılacaktır.
13. Bakım ve kalibrasyonu yapılmış geyçlerin montajı yapılacaktır.
14. Bakımı yapılmış redüserlerin yerlerine montajı yapılacaktır.
15. Bakım ve testi yapılmış güvenlik valfinin montajı yapılacaktır.
16. Sisteme ait sensörlerin (Basma, sıcaklık, nem, oksijen/karbondioksit oran sensörü vb.) bakımları ve testleri yapılacaktır.
17. Basma odasında mevcut tüm boru devreleri ve devre elemanlarının kontrolü ve bakımı yapılacaktır.
18. Ana Bölme ve Giriş Bölmesi dışarısında bulunan tüm boru devrelerinin sızdırmazlık testi yapılacaktır.
19. Ana Bölme ve Giriş Bölmesi dışarısında bulunan tüm redüserlerin fonksiyon testi yapılacak ve yedek kitleleri değiştirilecektir.
20. Ana Bölme ve Giriş Bölmesi dışarısında bulunan tüm hortumların bakımı ve basma testleri yapılacaktır.
21. Ana Bölme ve Giriş Bölmesi dışarısında bulunan tüm göstergelerinin bakımı ve kalibrasyonu yapılacaktır. Kalibrasyon işlemi akredite yurt içi veya yurt dışı bir firma/kurum veya kuruluş tarafından onaylı olacaktır.
22. Ana Bölme ve Giriş Bölmesi dışarısında bulunan oksijen ve hava besleme göstergelerinin bakımı ve kalibrasyonu yapılacaktır. Kalibrasyon işlemi akredite yurt içi veya yurt dışı bir firma/kurum veya kuruluş tarafından onaylı olacaktır.
23. Ana Bölme ve Giriş Bölmesi dışarısında bulunan besleme göstergelerinin fonksiyon testi yapılacaktır.
24. Ana Bölme ve Giriş Bölmesi dışarısında bulunan etiketlerinin gözle kontrolü yapılacak eksikler tamamlanacaktır.
25. Ana Bölme dışarısında bulunan oksijen analizörünün sensörünün bakımı ve fonksiyon testi yapılacaktır. Kalibrasyon işlemi akredite yurt içi veya yurt dışı bir firma/kurum veya kuruluş tarafından onaylı olacaktır.
26. Ana Bölme dışarısında bulunan karbondioksit analizörünün sensörünün bakımı ve fonksiyon testi yapılacaktır. Kalibrasyon işlemi akredite yurt içi veya yurt dışı bir firma/kurum veya kuruluş tarafından onaylı olacaktır.
27. B/O bulunan temiz hava kompresörünün üzerindeki basma geyçlerinin kalibrasyon testleri yapılacaktır.
28. Basma odasının hava basma ve gaz kaçak testi yapılacaktır.
29. Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı ve ilgili Gemi/Birik Komutanlığı ile birlikte basma odasının hava basma ve gaz kaçak testi yapılacaktır.
30. B/O bulunan temiz hava kompresörünün üzerindeki basma geyçlerinin kalibrasyon testleri yapılacaktır.
31. B/O nın üzerinde bulunan elektronik gösterge panelini besleyen güç adaptörünün bakım/onarımının yapılması.
32. B/O üzerinde bulunan gösterge panelinin içerisinde bulunan 2 (iki) adet bataryanın testinin yapılması test sonucuna istinaden ihtiyaç var ise bataryanın yenilenmesi hususu.


Özge YALÇIN YILMAZ
Müh.De.Me.
Ana Tah.Sis.Mak.Müh.


Hasan EKİNAK
Por.Asb.Kd.Bçvş.
Dalış Ambar S.


Beytullah ŞENTÜRK
Dz. Ütgm.
Onr.Pl.Sb.


Koray KISMET
Mühendis Albay
Dizayn Başmühendisi