

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	17 Mayıs 2023/ 4790-198-23/179
İşin Tanımı	1 Kalem PH Elektrot Malzemesi Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alımı kararın yükleniciye tebliğine müteakip ilk takvim günden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde tek seferde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- b. Geçici Teminat Alınmayacak,
- c. Kesin Teminat Alınmayacak
- ç. Sözleşme İmzalanmayacak

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,
- b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) İdare tarafından KDV ödenecektir.

13) Yerli malına %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S.N	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	DAĞITIM BİRİMİ	TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR	GARANTİ SÜRESİ	İSTENİLEN BELGE, DOKÜMAN
1.	6630123644381	pH Elektrot (ELECTRODE pH)	2	EA	1. pH ölçüm elektrodu, mevcut Metrohm 916-Ti-Touch otomatik titratör cihazına uyumlu/entegre olacaktır. 2. pH ölçüm elektrodu, referans sistemi de içeren kombine tip olmalıdır ve 3 M KCl elektrolit içermelidir. 3. pH ölçüm elektrodunun 3 mol/L lik 250 ml ve en az 3 yıl miadı olan elektrolit sıvısı olmalıdır. 4. pH ölçüm elektrodu, pt1000 sıcaklık ölçüm sensörü içermelidir. 5. pH ölçüm elektrodu, entegre kablolu tip olmalıdır. 6. pH ölçüm elektrodu, propilen gövdeli olmalıdır. 7. pH ölçüm elektrodunun ölçüm aralığı en az 0-14 pH arasında olmalıdır. 8. pH elektrot çapı 12 mm olmalıdır. 9. pH ölçüm elektrodu 0-80 °C sıcaklıklardaki ortamlarda çalışabilmelidir. 10. pH ölçüm elektrodu, en az 15mm, en fazla 110 mm derinliğe kadar daldırılabilir. 11. pH ölçüm elektrodunun indikatör kısmı cam malzemeden olmalıdır. 12. pH ölçüm elektrodunun membranı cam malzemeden olmalıdır. 13. pH ölçüm elektrodu seramik diyaframlı olmalıdır. 14. pH ölçüm elektrodu elektrokimyasal direnci en az 5 kOhm olmalıdır. 15. Teknik katalog olmalıdır.	En az 1 yıl	"Teknik/ilave hususlar" bölümünde istenen belgeler malzeme ile birlikte idareye teslim edilecektir.

İhtiyacı Tespit Eden Personel



Arzu BOZKURT
De.Me.
Kim.Müh.

Kullanıcı Birlik Komutanı



Dursun GÖKDEMİR
Hv.Müh.Alb.
Klt.Göv.Bşk.

198 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	6630123644381	PH ELEKTROT (ELECTRODE PH)	2	EA		TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

