

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	07 Ağustos 2023/ 4790-317-23/295
İşin Tanımı	5 Kısım 5 Kalem Muhtelif Mikrometre Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alım konusu mal/mallar Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren tüm kısımlar en geç; 150 (YÜZELLİ takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- b. Geçici Teminat Alınmayacak,
- c. Kesin Teminat Alınacak, (%6)
- ç. Sözleşme İmzalanacak, (%0,948 Damga Vergisi)

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

13) Yerli Malına %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

317 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	5210332115644	DELIK MIKROMETRESİ SETİ (6-12)	1	SE		TL

1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* SE:SET

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	522027HD93458	DIJİTAL VIDA MIKROMETRESİ(0-25)	2	EA		TL

2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET

3 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	522027HD93460	DIJİTAL VIDA MIKROMETRESİ(25-50)	2	EA		TL

3. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET

4 . KISIM


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	522027HD93461	DIJİTAL VIDA MIKROMETRESİ(50-75)	2	EA		TL

4. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)

TL

* EA:ADET

KASSELİMZA



317 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


5 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	522027HD93462	DIJİTAL VİDA MİKROMETRESİ 75-100	2	EA	TL	TL
5. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL
* EA:ADET						
GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
1	5210332115644	DELİK MIKROMETRESİ SETİ (6-12)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME; "468-981" PARÇA NUMARALI "DİJİTAL 3-NOKTA TEMASLI İÇ ÇAP MIKROMETRE SETİ" OLACAKTIR. 2. MIKROMETRE SETİ MUHTEVİYATINDA AŞAĞIDA VERİLEN MALZEMELER BULUNACAKTIR. 2.1. DİJİTAL 3-NOKTA TEMASLI İÇ ÇAP ÖLÇME MIKROMETRESİ, ÖLÇÜM ARALIĞI 6-8 MM, 2.2. DİJİTAL 3-NOKTA TEMASLI İÇ ÇAP ÖLÇME MIKROMETRESİ, ÖLÇÜM ARALIĞI 8-10 MM, 2.3. DİJİTAL 3-NOKTA TEMASLI İÇ ÇAP ÖLÇME MIKROMETRESİ, ÖLÇÜM ARALIĞI 10-12 MM, 2.4. AYAR HALKASI, Ø 8 MM VE Ø 10 MM, 2.5. İÇ ÇAP MIKROMETRE TUTUCU (468 SERİSİ İÇİN), 2.6. MIKROMETRE İÇİN MIKROMETRE STANDI (0-100 MM), 2.7. 100 MM UZATMA (6-12 MM İÇİN) 3. CİHAZ ÜZERİNDE, ÜRETİCİNİN CİHAZ İÇİN VERDİĞİ PARÇA NUMARASI (MODEL NUMARASI) VEVEYA SERİKOD NUMARASI BULUNACAKTIR. 4. CİHAZ, ÜRETİCİ FIRMA KALİBRE BELGESİ VEYA İLGİLİ ÜLKENİN AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK, DAKKS VB GİBİ) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ BİR FIRMA/LABORATUAR TARAFINDAN SON 6 AY İÇERİSİNDE KALİBRE YAPILMIŞ OLACAK, KALİBRE DOKÜMANI VE KALİBRE SERTİFİKASI CİHAZ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 5. CİHAZ, ÜRETİCİ FIRMANIN ORJİNAL AMBALAJINDA ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEK VE AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VEVEYA ÜRÜN KODUNU İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	6. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 7. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FIRMA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.	/...../2023 Hasan KABADAYI 96034/4571 
2	522027HD93458	DİJİTAL VİDA MIKROMETRESİ(0-25)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "326-251-30" PARÇA NUMARALI DİJİTAL VİDA DİŞ ÖLÇÜM MIKROMETRESİ OLACAKTIR. 2. MALZEME ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN FAZLA 0.001 MM OLACAKTIR. 3. ÖLÇÜM ARALIĞI 0-25 MM OLACAKTIR. ÖLÇME KUVVET UYGULAMASI CİRCİRLİ OLACAKTIR. 4. MIKROMETRE, METRİK (60°) VE WHITWORTH (55°) VİDA DİŞ ÖLÇÜMLERİNİ YAPACAK VE AŞAĞIDAKİ ÖLÇÜM UÇLARI İLE BİRLİKTE TAM SET OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 4.1. METRİK ÖLÇÜM UÇLARI: AYAR ÖLÇÜ 25 MM/60° VE M1'DEN M6 (DAHİL) YA KADAR METRİK ÖLÇÜM BİLYAMİL SETİ. 4.2. WHITWORTH ÖLÇÜM UÇLARI : AYAR ÖLÇÜ 25 MM/55° VE W1'DEN W10 (DAHİL) YA KADAR WHITWORTH ÖLÇÜM BİLYAMİL SETİ. 5. MIKROMETRE, ÜRETİCİ FIRMA KALİBRE BELGESİ VEYA İLGİLİ ÜLKENİN AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK, DAKKS VB GİBİ) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ BİR FIRMA/LABORATUAR TARAFINDAN SON 6 AY İÇERİSİNDE KALİBRE YAPILMIŞ OLACAK VE KALİBRE SERTİFİKASI CİHAZ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 6. MALZEME, ÜRETİCİ FIRMANIN ORJİNAL AMBALAJINDA ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEK VE AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FIRMA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.	/...../2023 Hasan KABADAYI 96034/4571 

KASE İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garanti ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
3	522027HD93460	DIJİTAL VİDA MIKROMETRESİ(25-50)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "326-352-30" PARÇA NUMARALI VEYA "326-252-30"DIJİTAL VİDA DIŞ ÖLÇÜM MIKROMETRESİ OLACAKTIR. 2. MALZEMİNİN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN FAZLA 0.001 MM OLACAKTIR. 3. ÖLÇÜM ARALIĞI 25-50 MM OLACAKTIR. ÖLÇME KUVVET UYGULAMASI CIRCIRLI OLACAKTIR. 4. MIKROMETRE, METRİK (60°) VE WHITWORTH (55°) VİDA DIŞ ÖLÇÜMLERİNİ YAPACAK VE AŞAĞIDAKİ ÖLÇÜM UÇLARI İLE BİRLİKTE TAM SET OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 4.1. METRİK ÖLÇÜM UÇLARI: AYAR ÖLÇÜ 50 MM/60° VE M1'DEN M6 (DAHİL)YA KADAR METRİK ÖLÇÜM BİLYAMİL SETİ. 4.2. WHITWORTH ÖLÇÜM UÇLARI: AYAR ÖLÇÜ 50 MM/55° VE W1'DEN W10 (DAHİL)YA KADAR WHITWORTH ÖLÇÜM BİLYAMİL SETİ. 5. MIKROMETRE, ÜRETİCİ FIRMA KALİBRE BELGESİ VEYA İLGİLİ ÜLKENİN AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK, DAKKS VB.GİBİ) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ BİR FIRMA/LABORATUAR TARAFINDAN SON 6 AY İÇERİSİNDE KALİBRE YAPILMIŞ OLACAK VE KALİBRE SERTİFİKASI CİHAZ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 6. MALZEME, ÜRETİCİ FIRMANIN ORJİNAL AMBALAJINDA ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEK VE AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FIRMA YA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.	/...../2023 Onur KARAKURT Mak.Müh. 14166/4575
4	522027HD93461	DIJİTAL VİDA MIKROMETRESİ(50-75)	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "326-353-30" PARÇA NUMARALI VEYA "326-253-30" PARÇA NUMARALI DIJİTAL VİDA DIŞ ÖLÇÜM MIKROMETRESİ OLACAKTIR. 2. MIKROMETRENİN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN FAZLA 0.001 MM OLACAKTIR. 3. ÖLÇÜM ARALIĞI 50-75 MM OLACAKTIR. ÖLÇME KUVVET UYGULAMASI CIRCIRLI OLACAKTIR. 4. MIKROMETRE, METRİK (60°) VE WHITWORTH (55°) VİDA DIŞ ÖLÇÜMLERİNİ YAPACAK VE AŞAĞIDAKİ ÖLÇÜM UÇLARI İLE BİRLİKTE TAM SET OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 4.1. METRİK ÖLÇÜM UÇLARI: AYAR ÖLÇÜ 75 MM/60° VE M1'DEN M6 (DAHİL)YA KADAR METRİK ÖLÇÜM BİLYAMİL SETİ. 4.2. WHITWORTH ÖLÇÜM UÇLARI: AYAR ÖLÇÜ 75 MM/55° VE W1'DEN W10 (DAHİL)YA KADAR WHITWORTH ÖLÇÜM BİLYAMİL SETİ. 5. MIKROMETRE, ÜRETİCİ FIRMA KALİBRE BELGESİ VEYA İLGİLİ ÜLKENİN AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK, DAKKS VB.GİBİ) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ BİR FIRMA/LABORATUAR TARAFINDAN SON 6 AY İÇERİSİNDE KALİBRE YAPILMIŞ OLACAK VE KALİBRE SERTİFİKASI CİHAZ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 6. MALZEME, ÜRETİCİ FIRMANIN ORJİNAL AMBALAJINDA ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEK VE AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FIRMA YA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ VERECEKTİR.	/...../2023 Onur KARAKURT Mak.Müh. 14166/4575

KARAKURT

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	NSN	Malzemenin Adı	Teknik / İlave Hususlar Ve Varsa Muayenede Aranacak Hususlar	Garantî ile İlgili Hususlar ve İstenen Kalite Belgeleri	İnceleyen Personel İmza
5	522027HD3462	DJİTAL VİDA MİKROMETRESİ 75-100	1. ALIMI YAPILACAK MALZEME "326-254-30" PARÇA NUMARALI DJİTAL VİDA DİŞ ÖLÇÜM MİKROMETRESİ OLACAKTIR. 2. MİKROMETRENİN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN FAZLA 0.001 MM OLACAKTIR. 3. ÖLÇÜM ARALIĞI 75-100 MM OLACAKTIR. ÖLÇME KUVVET UYGULAMASI CIRCIRLI OLACAKTIR. 4. MİKROMETRE, METRİK (60°) VE WHITWORTH (55°) VİDA DİŞ ÖLÇÜMLERİNİ YAPACAK VE AŞAĞIDAKİ ÖLÇÜM UÇLARI İLE BİRLİKTE TAM SET OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 4.1. METRİK ÖLÇÜM UÇLARI: AYAR ÖLÇÜ 100 MM/60° VE M1'DEN M6 (DAHİL) YA KADAR METRİK ÖLÇÜM BİLİYAMİL SETİ. 4.2. WHITWORTH ÖLÇÜM UÇLARI : AYAR ÖLÇÜ 100 MM/55° VE W1'DEN W10 (DAHİL) YA KADAR WHITWORTH ÖLÇÜM BİLİYAMİL SETİ. 5. MİKROMETRE, ÜRETİCİ FIRMA KALİBRE BELGESİ VEYA İLGİLİ ÜLKENİN AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK, DAKS VB.GİBİ) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ BİR FIRMA LABORATUAR TARAFINDAN SON 6 AY İÇERİSİNDE KALİBRE YAPILMIŞ OLACAK VE KALİBRE SERTİFİKASI CİHAZ İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR. 6. MALZEME, ÜRETİCİ FIRMANIN ORJİNAL AMBALAJINDA ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEK VE AMBALAJ ÜZERİNDE İMALATÇI FIRMA ADI, ÜRÜN İSMİ VE ÜRÜN KODUNU İÇEREN ÜRÜN TANIMLAMA ETİKETİ OLACAKTIR.	7. İKİ YIL GARANTİ İSTENMEKTEDİR. 8. YÜKLENİCİ, ÜRÜNE AIT STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ (TS, DIN, ANSI VB. STANDARTLARA UYGUNLUĞU BELİRTEN) VEYA ÜRETİCİ FIRMA AIT ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNDEN BİRİNİ MUAYENE ESNASINDA MUAYENE HEYETİNE VERECEKTİR.	/...../2023 Hasan KABADAYI 96034/4571 

KASELİME