

SHORE D SERTLİK ÖLÇME CİHAZI TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

1. Cihaz sert plastik, sert kauçuk vb. malzemelerin sertlik ölçümünü yapacaktır.
2. Ölçüm aralığı: 20-90 HD olacaktır.
3. Çözünürlük: 1HD olacaktır.
4. Ölçüm uç uzunluğu 2,5 mm olacaktır.
5. Cihazın kullanımı el tipi olacaktır.

2

mg

X¹⁻

U.A

HAZIRLAYAN VE ONAYLAYAN MAKAM:

HAZIRLAYANLAR


Burak YILDIZ
Makine Mühendisi
Lab.Bl.


Recep ÖZGÜR
Makine Y.Mühendisi
Lab.Bl.A.V.

İNCELENMİŞTİR

C. BARUT 
Kmy.Y.Müh.
Tek.Şart.Hzl. ve İnc.Uzm.


Umut ALTINER
Müh.Yb.
Tek. ve Prj.Ynt.Md.

17 / KASIM / 2021


Tayfun EMİRZEOĞLU
Mühendis Albay
Ana Bakım Fabrika Müdürü