

Malzeme Bilgi Formu

> İkmal > Malzeme Bilgileri > Malzeme Bilgi Formu

i Malzeme tanım bilgileri ile ilişkili olduğu diğer bilgilerin kullanıcılara gösterildiği ekran sağlanacaktır.

6630KK0638517

Q Ara

i Yetkiniz olması durumunda güncellemeler sekmesinden güncelleme yapabilirsiniz.

x

Genel Özellikler

Malzeme Stok Numarası	6630KK0638517
Malzeme Adı	PH METRE (METTLER TOLEDO)
Malzeme Orijinal Adı	PH METRE
Kategori	ANA MALZEME
İşlem Göreceği Saymanlık	Dayanıklı
Stok Ayrıntısı	Stok Numaralı
Dağıtım Birimi	AD (Adet)
Planlama Fiyatı	0
REN Kodu	N (Sarf edilemez)
Diğer İkmal Özellikleri	Kontrollü Malzeme
Malzeme Yönetim Birimi	KKKL32-Sağlık Malzemeleri / ---
Kaynak Kodu	
TMK Malzeme Kodu	
Stok Yürürlük [İstek] Durumu	Yürürlükte

Malzeme Resimleri



Sistem No : 3089252

Diğer Özellikler

Yönetici Notları	Malzeme Kodlandırma Bilgileri
Kodlandırma Bilgileri	KKSN Bilgileri
Ebat/Ağırlık Bilgileri	Malzeme Tanımlama Bilgileri
Öngörülen Ömür Devri Bilgileri	
Yerine Malzemeler	
Ana Malzemeleri	
Muhteviyat/Yedek Parça	
Firma/Parça Bilgileri	

KKSN	Orjinal Malzeme Adı	KKSN Tahsis Tarihi	İsim Kodu(INC)	Malzeme Tanımlama Klavuzu	KKSN Durum Kodu	Tanım Tipi	Yeni NSN/KKSN
6630KK0638517	PH METRE	22.12.2020	42678	A310A0	0 (Malzeme aktiftir)	1	

Malzeme Cevap Bilgileri

Kafile/Baskı Bilgileri

Diğer Özellikler

İkmal İdare Kodları

Bakım Formları

Malzeme Kademe Yetkileri

Dokümanlar

Güncellemeler

Soru Kodu	Soru	Cevap
NAME	MALZEME İSMİ	PH METRE
CTWN	VOLT CİNSİNDEN ÇALIŞMA VOLTAJİ DEĞERİ	AC NOMİNAL 220,0 #
FEAT	ÖZEL HUSUSLAR	HAFIZASINDA EN ÇOK 200 (İKİ YÜZ) ADET VERİYİ SAKLAYABİLİR, 0 (SIFIR)0C -105(YÜZBEŞ) 0C ÖLÇÜM ARALIĞINDA OTOMATİK SICAKLIK DÜZELTMESİ (ATC) YAPABİLİR, 5 (BEŞ) NOKTALI KALİBRASYON YAPABİLİR, ÖLÇÜM ARALIĞI 2.00 (İKİ NOKTA SIFIR SIFIR)-16.00(ON ALTI NOKTA SIFIR SIFIR) OLACAKTIR.
AMKD	İNDİKATÖR TİPİ	DİJİTAL GÖSTERGE #
AACT	AKIM TİPİ	AC #
AMQY	MONTAJ TASARIMI	ELDE TAŞINIR #
BGTT	EN KÜÇÜK DERECELENDİRME BİRİMİ	PH 0,0 #
STYL	STİL BELİRTECİ	DİKDÖRTGEN ŞEKLİNDE GÖMME MTG
BHMW	ÖLÇÜM ARALIĞI	TEK İNDİKATÖR TEK ARALIK PH + 2,0 + 16,0
AGAV	NİHAİ MALZEME TANIMLAMASI	METTLER TOLEDO

Malzeme Referans Bilgileri

Referans No.	Firma/Kurum Kodu(NCAGE) - Firma Adı	RNFC	RNCC	RNVC	DAC	RNAAC	RNSC	RNJC
PH METRE (METTLER TOLEDO)	T5542 - K.K.KODLANDIRMA BUROSU	4	2	1	3	TK	C	