

POMPA TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

1. Pompa laboratuvarında yağmurlama test cihazında kullanılacaktır.
2. Dozaj pompası tipinde olacaktır.
3. Pompa basma debisi 60-100 lt/h olacaktır.
4. Pompa çalışma basıncı 2-10 bar aralığında olacaktır.
5. Pompa ile birlikte bağlantı aparatları ve 5m hortum verilecektir
6. Pompa 220V 50Hz' çalışır olacaktır.

HAZIRLAYAN VE ONAYLAYAN MAKAM:

HAZIRLAYANLAR

Burak YILDIZ
Makine Mühendisi
Lab.Bl.

Metin ÇALIK
Makine Y.Mühendisi
Lab.Böl.A.

İNCELENMİŞTİR

C. BARUT
Kmy.Y.Müh.
Tek.Şart.Hzl.ve İnc.Uzm.

Umut ALTINER
Müh.Yb.
Tek.ve Prj.Ynt.Md.

/ NİSAN / 2022

Tayfun EMİRZEOĞLU
Mühendis Albay
Ana Bakım Fabrika Müdürü