

LABORATUVAR TİPİ SU ARITMA SİSTEMİ TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

1. Sistem tip-3 su üretecektir.
2. Sistemde 300 GPD ters osmoz sistemi bulunacaktır.
3. Sistemde 6*13 tank mini mixbed sistemi bulunacaktır. Mixbed sisteminde;
 - 6*13 frp tank
 - Manuel valf
 - Mixbed reçine
 - Dairesel cam medya bulunacaktır.
4. Sistemde pano tipi iletkenlik ölçer (buat kutusu ve elektrik malzemeleri ile birlikte) bulunacaktır.
5. Sistemde 6,5 galonluk genleşme tankı bulunacaktır.
6. Ters osmoz ve mixbed arası hortum bağlantıları yapılmış olacaktır.
7. Mixbed tankı hazırlanmış olacaktır.
8. İletkenlik monitörü bağlantıları yapılmış olacaktır.
9. Cihaz 220V/50Hz (± 10) şebeke geriliminde çalışacaktır.

HAZIRLAYAN VE ONAYLAYAN MAKAM:

HAZIRLAYANLAR

Burak YILDIZ
Makine Mühendisi
Lab.Bl.

Metin ÇALIK
Makine Y.Mühendisi
Lab.Böl.A.

İNCELENMİŞTİR

C. BARUT
Kmy.Y.Müh.
Tek.Şart.Hzl.ve İnc.Uzm.

Umut ALTINER
Müh.Yb.
Tek.ve Prj.Ynt.Md.

/ NİSAN / 2022

Tayfun EMİRZEOĞLU
Mühendis Albay
Ana Bakım Fabrika Müdürü