

SİBMB-044 NUMARALI “SİSTEM/TEZGÂH/CİHAZ/DONANIM BAKIM ONARIM VE AYARLANMASI HİZMET ALIMI” TEKNİK ŞARTNAMESİNDE YER ALAN İHALE DOKÜMANI HUSUSLARI

1. Madde 3.1.1.

TCG AMASRA'ya ait Draeger Solunum Havası Test Cihazı Aerotest Simultan HP periyodik bakım işlemi yapılarak sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir. Solunum Havası Test Cihazı ait bilgiler ve hizmet kapsamında yapılacak işlemler alt maddelerde belirtilmiştir.

- Bakımı-onarımı yapılacak Solunum Havası Test Cihazı 1 (bir) adettir.
- Bakım-onarım kapsamında Solunum Havası Test Cihazında yenisi ile değiştirilen malzemeler idareye teslim edilecektir.
- Ünitenin görsel kontrolleri yapılacaktır.
- Yüksek basınç bağlantısı giriş filtresi değiştirilecektir.
- Yüksek basınç bağlantı girişi O-ringi değiştirilecektir.
- Ölçüm cihazı yüksek basınç çıkış hava akış kontrolü yapılacaktır.
- Basınç düşürücüler, genel kontrol/revizyon işlemi ile yenilenecektir.

2. Madde 3.1.5.

Onarımın, yüklenici tarafından İstanbul Tersanesi Komutanlığında gerçekleştirilmesi halinde; çalıştırılacak teknik personel ile ilgili İstanbul Tersanesi Komutanlığı İşyeri Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi Amirliğinin İş Güvenliği Kanunu, ilgili yönetmelikler ve standartlar kapsamında talep edeceği belgelerin sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde yüklenici tarafından İşyeri Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi Amirliğine teslim edilecektir. Yüklenici, teklif aşamasında talep edilecek belgelerin kapsamını öğrenmek üzere İstanbul Tersanesi Komutanlığı İşyeri Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi Amirliğine müracaat etmekle yükümlüdür.

3. Madde 3.1.6.

Hizmet kapsamında ihtiyaç duyulması halinde yedek parça ve sarf malzemeler yüklenici tarafından temin edilecek ve yerine monte edilecektir.

4. Madde 3.1.8.

Bahse konu onarım hizmeti bir defalık olacaktır.

5. Madde 3.2.5.2.

Onarım hizmeti olduğu için bu madde dikkate alınmayacaktır.

6. Madde 3.2.5.5.

Bahse konu cihazda yazılımsal bir husus olmaması sebebiyle bu madde dikkate alınmayacaktır.

7. Madde 3.2.6.3.

Arızalı parça onarımının mümkün olmadığı durumda yenisi ile değiştirilecektir.

8. Madde 3.3.1.

Bakım hizmetinin yüklenici tesislerinde yapılması durumunda tüm ambalajlama ve etiketleme işlemleri yükleniciye aittir.

9. Diğer

Yüklenici adayının basınç odası, dalış sistemleri, solunum hava sistemi, solunum havası test cihazı sistemi onarımı veya imali veya satışı alanında faaliyet gösterdiğine dair ifade/ifadelerin bulunduğu; Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi veya Sanayi Sicil Belgesi veya imalatçı bir firmanın yetkili servisi olduğunu gösterir belge veya Ticaret Sicil Gazetesi ilgili sayfası veya cihaz bakım/onarım konusunda yetkilendirildiğine dair belge **teklif aşamasında** İdareye teslim edilecektir.

imza
Egemen GÜLER
Müh.Alb.
Dizayn Başmühendisi

imza
Osman KIZILKAN
Müh.Ütğm
Makine Dizayn Şb.Md.V.

imza
Serhat AKGÜMÜŞ
Müh.Ütğm
Ana Tah.Sis.Müh.

imza
Erdoğan DİNÇ
Mak.Müh.
Yrd.Sis.Müh.