

FLUKE 5560A KALİBRATÖRÜNE OSİLOSKOP ÖZELLİĞİ KAZANDIRILMASINA AİT TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

1. KONU

Bu şartname; 5.Anabakım Bakım Fabrika Müdürlüğünde kullanılan çok fonksiyonlu kalibratörün (Model: 5560A) donanımsal olarak 2.1 Ghz osiloskop opsiyonunun sağlanması işidir.

2. KULLANIM ŞARTI

5. Ana bakım Bakım Fabrika Müdürlüğünde mevcut olan ve 6.5 dijit DMM'leri (4:1 TUR), termokupl ve RTD, proses kalibratör, dataloggerlar, güç harmonik analizörü ve watt metreler gibi cihazların kalibrasyonunda kullanılan çok fonksiyonlu kalibratörün (Model: 5560A) 2.1 GHz'lik osiloskop opsiyonu ile donanımsal olarak yükseltilmesinden sonra kalibratör, var olan özelliklerine ek olarak 2.1 GHz'e kadar olan osiloskopların kalibrasyonunda kullanılacaktır.

Kullanım amacı: Savunma ve endüstriyel kalibrasyon laboratuvarlarında izlenebilir ölçüm ve kalibrasyon süreçleri.

3. İSTEK ve ÖZELLİKLER

3. Genel İstekler

5.Anabakım Bakım Fabrika Müdürlüğünde kullanılan çok fonksiyonlu kalibratörün (Model: 5560A) 2.1 Ghz osiloskop opsiyonunun eklenmesi sağlanacaktır.

Cihaz 5.Anabakım Bakım Fabrika Müdürlüğünden çalışır, eksiksiz bir şekilde alınarak üreticiye (Fluke Calibration) gönderilecektir. 2.1 GHz osiloskop opsiyonunu cihaza entegre edilecektir.

2.1 Ghz osiloskop opsiyonunu cihaza entegre edildikten sonra cihaz üreticiden (Fluke Calibration) alınıp çalışır ve eksiksiz bir şekilde 5.Anabakım Bakım Fabrika Müdürlüğünün talep ettiği yere teslim edilecektir.

Tüm giderler sözleşmeyi imzalayan firma tarafından karşılanacaktır.
Temin süresi 300 gündür.

4. GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

- Garanti süresi: En az 1 yıl.
- Servis ve yedek parça temini: 5 yıl süreyle üretici tarafından garantili olacaktır.
- Eğitim: Tedarikçi, cihazın kullanımı hakkında kullanıcı eğitimi verecektir.
- CE ve EMC uygunluk deklarasyonları

- Üretici ve model tanıtım dokümanları eklenecektir.

Halil ÇEKÇEKİ

Sa.Üc

Elk.Ks.Postabaşı

Didem TUTAR

Elk.Müh.

Elk.Klb.Ks.A

Mehmet TİKEN

Müh Albay

Aviyonik Grup Amiri

UYGUNDUR

Fatih YİĞİT

Müh.Alb.

Tek.ve Prj.Ynt.Md.Vek.