

**ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİNDE YER ALAN İDARİ HUSUSLAR
(AYDIN SINIFI MAYIN AVLAMA GEMİLERİ)**

1. Madde 2.1.1 :

TCG AKÇAY'a ait HAUX-MEDİSTAR 1923/6 Marka model ana bölme ve HAUX-MEDILOCK 1923/6 Marka model yardımcı bölmeden oluşan taşınabilir iki kişilik Dalgıç kurtarma sistemi (Basınç Odası)

2. Madde 2.1.2 :

AYDIN Sınıfı Gemilere ait basınç odasının teknik dokümanları:

- a. Instructions for us for Transportable Two person Diver Rescue System, HAUX-MEDİSTAR 1923/6 Man. No. 2002-15, HAUX-MEDILOCK 1923/6 Man No. 2002-16, Project No. 443/1 for MHV 54 Turkish Navy
- b. DKY 434-1 (B) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Basınç Odaları Esasları Yönergesi

3. Madde 3.1.1

Hizmet alımı kapsamında yüklenici firma tarafından TCG AKÇAY'a ait Basınç Odasının "Yılda bir" periyodik bakımı yapılacaktır. Basınç odasına ait "Periyodik Bakım Planı Kontrol Listeleri" LAHİKA-1'dedir. Yapılacak bakımlar en az LAHİKA-1'de belirtilen bakımları içerecektir.

Basınç odasının seri numarası aşağıda belirtilmiştir.

GEMİ ADI	SERİ NO	
	MEDİSTAR ANA BÖLME	MEDILOCK YARDIMCI BÖLME
TCG AKÇAY	2002-15	2002-16

4. Madde3.1.2

Yüklenici sorumluluğundaki basınç odası periyodik bakım ve testleri geminin bulunacağı yurt içindeki limanlarda gemide/idarenin tesislerinde veya ihtiyaç duyulması halinde idarenin onayı alınarak, yüklenicinin veya alt yüklenicinin tesislerinde yapılacaktır.

5. Madde 3.1.3

Basınç odasının/sisteme ait ihtiyaç duyulan parçaların nakliyesinden ve nakliyeden kaynaklanan kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Bu husus idareye teslim edilecek sigorta poliçesi ile teminat altına alınacaktır.

6. Madde 3.1.4

İdare periyodik bakım boyunca en az 1 (Bir) personeli bakım yapılan yerde bulundurabilecektir.

7. Madde 3.1.5

Yüklenici tarafından basınç odasına rütuş boya yapılması gerekmesi durumunda kullanılacak boya özellikleri idarenin onayına sunulacak, idare onayından sonra uygulanacaktır.

8. Madde 3.1.6

Yüklenici tarafından, basınç odasının tabi tutulduğu bakım seviyesine göre madde 2.1.2'deki teknik dökümanlar ve LAHİKA-1'de belirtilen bakım listelerinde yapılması istenen ölçümler yapılacaktır. Yapılacak ölçümler sonucunda hazırlanacak raporlar idareye teslim edilecektir.

9. Madde 3.1.7

Periyodik bakım esnasında, periyodik bakımda değiştirilecek malzemelere ilave olarak herhangi bir arızalı parça tespit edildiğinde, parça onarılarak faal hale getirilecek, onarımı mümkün olmayan

gerektiği tespit edilen arızalı malzemelerin tedariki ve montajı yüklenici tarafından yapılacaktır.

10.Madde 3.1.8

Madde kapsamında üretici ve/veya yüklenici;

Kalite yönetim belgesi olarak, varsa AQAP belgesini veya Uluslararası akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış kalite belgesini veya ISO 9000 serisi kalite belgesini ve Sisteme/sistem birimlerine ait kalite belgesi olarak, TSE belgesi/TSE'den alınan uygunluk raporu veya TSEK belgesi veya sistemin/sistem birimlerinin Avrupa standartlarına veya Uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren kalite kontrol raporu/deney raporu/uygunluk belgesini ibraz edecektir.

10. Madde 3.2.1

Periyodik bakım kapsamında değiştirileceği belirtilen her türlü malzeme yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

12. Madde 3.2.2

Basınç odasının yüklenici tarafından ihtiyaç duyulabilecek nakliyesi esnasında basınç odasının düşürülmesi veya mukavim teknesinde deformasyon oluşması durumunda hidrostatik testleri yapılacaktır. Hidrostatik testler akredite yurt içi veya yurt dışı bir firma/kurum veya kuruluş tarafından onaylı olacaktır.

13. Madde 3.3.1

Her bir cihaz/sistemi dış etkenlerden ve korozyondan korunacak şekilde ambalajlanmış olacak, teslim edeceği malzemenin özel koruma veya ambarlama koşulları olması durumunda bu husus teklifte ve malzemenin tesliminde açık olarak belirtilecektir.

(imza)

Tarkan ÖZTÜRK

Dz.Yb.

MAG Onr.Pl.Sb.Vek.

LAHİKALAR :

LAHİKA-1 (Basınç Odaları “Yıllık Periyodik Bakım Planı” Kontrol Listeleri)