

**HIAC/ROYCO HİDROLİK KİRLİLİK TEST CİHAZI
KALİBRASYONU İÇİN HİZMET ALIM**

1. **İşin Adı:** HIAC/ROYCO Hidrolik Test Cihazının Kalibrasyon Hizmeti Alımı.
2. **İşin Tanımı:** HIAC/ROYCO ABS-2 model, 94090088 seri ve 6625-KK-021-7797 stok numaralı 1 (bir) adet Hidrolik Kirlilik Test cihazı için 1 yıllık kalibrasyon hizmet alımıdır.
3. **İşin Yapılacağı Yer/Yerler:** 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü /ANKARA
4. **İşin Süresi:** Kalibrasyon hizmeti 1 (bir) iş gününde tamamlanacaktır.
5. **İlgili Hususlar:**
 - a. Kalibrasyon hizmeti Hidrolik Kirlilik test cihazı başında olacaktır. Cihaz yeri değiştirilmeyecek mevcut konumunda kalibrasyon yapılacaktır.
 - b. Kalibrasyon geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olacaktır.
 - c. Kalibrasyon yapılma ve bitiş tarihini gösterir imzalı sertifika verilecektir.
 - d. Kalibrasyon esnasında oluşabilecek arızalardan firma sorumludur.
 - e. Cihaz, 5'inci Ana Bkm.Fb.Md.lüğüne çalışır vaziyette teslim edilecektir.
 - f. Yüklenici cihaza yerinde müdahale gerektiren her türlü çalışmasını cihazın bulunduğu bölüm personeli nezaretinde gerçekleştirecektir
 - g. Cihaza kalibrasyon faaliyeti için ihtiyaç duyulan her türlü referans yağ, test cihazı ve ölçü aleti yüklenici tarafından temin edilecektir.
 - h. Cihazların kalibrasyonu esnasında tasarım, imalat ve işçilik hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasardan Yüklenici sorumlu olacaktır.
 - i. Kalibrasyon sırasında yurtdışından malzeme tedariki ihtiyacı olması durumunda her türlü nakil işlemler Yüklenici tarafından yürütülecektir. Gümrük işlemleri (taşıma, gümrük, depolama) Yüklenici tarafından karşılanacaktır.